

西门子 U6F 红外在线监测仪维修发包说明

生产管理部: 孙新伟 生产二团队: 王毅

设备管理部: 李亚明 仪表团队: 李亚明

经 办 人: 梁晓锋

西门子红外在线分析仪 25-AT-301A、 25-AT-301B/C、25-AT-511 显示屏黑屏。经下线维修，联系厂商远程诊断，均无法解决

一、发包说明：

生产二团队吸附装置三台西门子红外在线分析仪 25-AT-301A、 25-AT-301B/C、25-AT-511 显示屏黑屏。经下线维修，联系厂商远程诊断，均无法解决

设备型号规格：

- 1、分析仪品牌：SIEMENS
- 2、型号：U 6F 序列号 B9-963/964/965
- 3、供应商：西门子（中国）有限公司及其代理商

仪表故障如下：

- 1、分析仪通电后，显示屏幕不显示，重新插拔连接线缆、重启设备无效。
- 2、下线检查仪表供电电源、熔断器，电路板外围二极管、电阻、连接线缆、电源插口完好。
- 3、厂家推测底板、供电变压器故障可能性比较大。

以上设备需返厂检查，厂家根据检查结果，给出合理的维修方案 并报价

二、发包内容：

- 1、修复返厂的上述 U 6F 红外在线仪表，使其正常运行，并提供 1 年质保。
- 2、乙方需提供维修报告、测试报告、质量保证等相关资料于甲方。

三、 发包要求:

- 1 工期要求：2022 年 6 月 21 日之前完成该设备的修复工作。

3. 供应商要求：西门子（中国）有限公司及其代理商

4. 承揽商需对本台返厂的设备进行检查测试，根据检测结果给出合理的维修方案，并报价，经我司技术工程师评估后签订维修服务协议，才能再进行维修、测试工作，并提供维修照片、维修报告及相关资料。

《GB 50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范》。

- 6 包装要求及包装费用名称：该处维修的乙方应当按照国家标准进行包装。


7. 乙方为甲方维修后的设备需整体提供一年的质保，在 12 个月内损坏的，乙方需为甲方免费更换备件、维修，并承担由此产生的一切费用。

四、文件资料与交付

承揽商（乙方）需将相关检测报告、维修报告、质量保证、更换下来的旧备件及相关资料、材料一起交付给业主（甲方）。

五、发包方式：

为保证与原设备的安全配套使用，更快捷的完成修复，申请向原厂家及其



六附件：验收测试报告